

Uczestnicy zapytania ofertowego

Odpowiadając na państwa pytania dotyczące zapytania ofertowego informuję :

Ad.1

Zapytanie dotyczy zakupu: Torby medyczne OSP R1 - 10 sztuk, Defibrylator - 2 sztuki.

Nastąpiła pomyłka w ilości w specyfikacji zamówienia.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny Primedic HeartSave AED.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator pozwalający na użycie wbudowanego trybu pediatrycznego (bez osobnych elektrod pediatrycznych).

Ad.4

Zgodnie z zapytaniem: nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Torby medyczne OSP R1 i Defibrylatory.

Wójt Gminy Mielec

/-/Józef Piątek